

**Схема проведения МСИ
при проведении измерений**

теплофизических и температурных величин
вид измерений

МСИ-01-T-2018
условное обозначение (шифр схемы)

1. Предполагаемые Участники Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поверке (калибровке) средств измерений теплофизических и температурных величин (термометров лабораторных электронных), а также планирующие получение аккредитации
2. Образец для контроля (ОК) термометр лабораторный электронный ЛТ-300
3. Измеряемая величина (характеристика) действительное значение температуры в точке 100 °С
4. Схема передачи ОК:
ОК возвращается Провайдеру после каждого Участника
5. Передача ОК осуществляется посредством:
услуг транспортной компании
Расходы по доставке ОК не входят в стоимость участия и оплачиваются Участником самостоятельно при передаче ОК по маршруту в соответствии с графиком.
6. Процедура выполнения измерений:
ТКЛШ 2.822.000 МП
номер (наименование) методики, либо отметить, что может использоваться любая методика по выбору Участника
7. Информация о приписанном значении:
приписанное значение определяется провайдером
8. Оценка результатов измерений Участников проводится провайдером ФБУ «Тулский ЦСМ» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17073-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528-2010 (значение числа E_n).

Начальник отдела метрологии
8(4872)247020

Н.И. Вивдюк

