

**Схема проведения МСИ
при проведении измерений**

электротехнических и магнитных величин
вид измерений

МСИ-08-В-2018
условное обозначение (шифр схемы)

1. Предполагаемые Участники Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поверке (калибровке) средств измерений электротехнических и магнитных величин (приборов электроизмерительных лабораторных переносных аналоговых), а также планирующие получение аккредитации

2. Образец для контроля (ОК) прибор электроизмерительный лабораторный переносной аналоговый М2044, КТ 0,2

3. Измеряемая величина (характеристика) действительное значение напряжения постоянного тока значением 5 В

4. Схема передачи ОК:
ОК возвращается Провайдеру после каждого Участника

5. Передача ОК осуществляется посредством:

услуг транспортной компании

Расходы по доставке ОК не входят в стоимость участия и оплачиваются Участником самостоятельно при передаче ОК по маршруту в соответствии с графиком.

6. Процедура выполнения измерений:
ГОСТ 8.497-83

номер (наименование) методики, либо отметить, что может использоваться любая методика по выбору Участника

7. Информация о приписанном значении:
приписанное значение определяется провайдером

8. Оценка результатов измерений Участников проводится провайдером ФБУ «Тульский ЦСМ» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17073-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528-2010 (значение числа E_n).

Начальник отдела метрологии
8(4872)247020

Н.И. Вивдюк

