

**Схема проведения МСИ  
при проведении измерений**

**средств измерений медицинского назначения**  
вид измерений

**МСИ-01-LD23A-2020**  
условное обозначение (шифр схемы)

1. Предполагаемые Участники **Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поверке (калибровке) средств измерений медицинского назначения, а также планирующие получение аккредитации**

2. Образец для контроля (ОК) **прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, в исполнении LD23A, регистрационный № 73107-18**

3. Измеряемая величина (характеристика) **абсолютная погрешность прибора в точке 150 мм рт.ст.**

4. Схема передачи ОК:

**ОК возвращается Провайдеру после каждого Участника**

5. Передача ОК осуществляется посредством:

**услуг транспортной компании**

**Расходы по доставке ОК не входят в стоимость участия и оплачиваются Участником самостоятельно при передаче ОК по маршруту в соответствии с графиком.**

6. Процедура выполнения измерений: **P1323565.2.001-2018**

номер (наименование) методики, либо отметить, что может использоваться любая методика по выбору Участника

7. Информация о приписанном значении:

приписанное значение определяется **провайдером**

8. Оценка результатов измерений Участников проводится провайдером ФБУ «Тульский ЦСМ» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р 50779.60-2017 (значение числа  $E_n$ ).

Начальник отдела метрологии  
8(4872)247020



Н.И. Вивдюк