

Схема проведения МСИ
при проведении измерений

давления и вакуума
вид измерений

МСИ-01-М-2018/2019
условное обозначение (шифр схемы)

1. Предполагаемые Участники Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поверке (калибровке) средств измерений давления и вакуума (манометров цифровых), а также планирующие получение аккредитации
2. Образец для контроля ОК манометр цифровой ДМ 5001, мод. ДМ 5001Е, КТ 1, от 0 до 1,6 МПа
3. Измеряемая величина (характеристика) действительное значение избыточного давления в точке 0,8 МПа
4. Схема передачи ОК:
ОК возвращается Провайдеру после каждого Участника
5. Передача ОК осуществляется посредством:
услуг транспортной компании
Расходы по доставке ОК Провайдеру не входят в стоимость участия и оплачиваются Участником самостоятельно.
6. Процедура выполнения измерений:
МИ 2124-90
номер (наименование) методики, либо отметить, что может использоваться любая методика по выбору Участника
7. Информация о приписанном значении:
приписанное значение определяется провайдером
8. Оценка результатов измерений Участников проводится провайдером ФБУ «Тульский ЦСМ» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р 50779.60-2017 (значение числа E_n).

Начальник отдела метрологии
8(4872)247020



Н.И. Вивдюк