

Схема проведения МСИ
при проведении измерений геометрических величин

вид измерений

МСИ-05-ИЧ-2020

условное обозначение (шифр схемы)

1. Предполагаемые Участники Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поверке (калибровке) средств измерений геометрических величин (индикаторов ИЧ), а также планирующие получение аккредитации
2. Образец для контроля (ОК) индикатор ИЧ, диапазон измерений от 0 до 10 мм, цена деления 0,01 мм, регистрационный №75288-19
3. Измеряемая величина (характеристика) наибольшая разность погрешностей на всем диапазоне измерений
4. Схема передачи ОК:
ОК возвращается Провайдеру после каждого Участника
5. Передача ОК осуществляется посредством:
услуг транспортной компании
Расходы по доставке ОК не входят в стоимость участия и оплачиваются Участником самостоятельно при передаче ОК по маршруту в соответствии с графиком.
6. Процедура выполнения измерений: ОЦСМ 039196-2018 МП
номер (наименование) методики, либо отметить, что может использоваться любая методика по выбору Участника
7. Информация о приписанном значении:
приписанное значение определяется провайдером
8. Оценка результатов измерений Участников проводится провайдером ФБУ «Тульский ЦСМ» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р 50779.60-2017 (значение числа E_n).

Начальник отдела метрологии
8(4872)247020

Н.И. Вивдюк

